

透析医療機関における院内感染チェックリスト

1	施設と透析医療機器	透析に使用する医療器具は患者毎に滅菌したものか、ディスポーザブル製品を使っている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
2		スタッフが透析操作前後に手洗いが容易にできる十分な手洗い設備がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
3		スタッフが患者の症状の変化に素早く対応し、また頻回に手洗い等に移動できるよう、十分なベッド間隔がとられている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
4		透析装置の保守点検はマニュアルにのっとり、定期的に行っている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
5		回路圧測定系にトランスデューサープロテクターを挿入している。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
6	スタッフ	患者数やその重症度に応じて十分な診療ができるスタッフが配置されている	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
7		感染対策委員会が設置され、各職種のスタッフが参加して定期的開催されており、感染対策委員会委員長は施設の長（責任者）である。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
8		スタッフに対して感染症対策に関する教育が定期的に行われている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
9		スタッフには定期健康診断が行われ、希望者にはHBワクチン接種の機会がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
10	透析操作	透析開始・終了操作は清潔不潔概念をよく理解した医師、臨床工学技士、看護師、准看護師、薬剤師などの有資格者スタッフが行っている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
11		透析開始、終了操作は患者側と機械側にそれぞれ1名ずつが共同して行っている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
12		スタッフは侵襲的手技の前後に入念な手洗いを必ず行っている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
13		穿刺および抜針操作をするスタッフは、ディスポーザブルの手袋を装着している。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
14		肝炎ウイルス陽性の患者は透析室内の一定の位置に固定して透析されている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
15		血液に汚染された物品は、周囲を汚染しないように注意して、感染性廃棄物として廃棄するか、マニュアルにのっとり、洗浄滅菌されている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
16		透析中に投与される抗凝固薬やエリスロポエチンなどの薬剤は、透析室から区画された場所で無菌的に準備されている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
17	透析記録（患者毎、一回ごとの透析経過、診療内容、担当者名の記録）を作成している。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
18	院内感染対策	感染症にたいする患者監視（サーベイランス）として、定期的な検査を実施している。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
19		定期検査の結果は患者に告知され、説明指導が行われている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
20		患者にはB型肝炎、インフルエンザ等に対するワクチン接種の機会が提供されている。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ