

入札の条件（リース）

宮崎家畜保健衛生所

品名	窒素・タンパク質分析装置	数量	1式
品名、規格等	別紙仕様書のとおり。 （参考機種：rapid N exceed） ・別紙仕様書の規格を満たし、参考機種と同等以上で既往の分析データと整合性がとれる品とする。 ・参考機種以外の場合は、事前に担当者に仕様を明記した書類を提出し、同等以上であることの承認を得ること。		
重量	重量の指定：なし 形状の指定：装置幅が50cm以下であること。		
付属品	操作及び解析ソフトウェア、操作パソコン、モニタ及びインクジェットプリンタを含むものとする。その他、装置の試運転に必要な機材を添付すること。		
特別付属品	なし		
据付（据付に伴う工事手続き等）	あり		
試運転について	据付後、担当者立ち会いのもとに行うこと。 取り扱い等については、詳細な説明を行うこと。		
検定合格品等の有無	なし		
納入期日及び場所、搬入方法等	納入期日：令和6年11月29日（金）まで ※搬入日については事前に担当者に連絡すること 納入場所：宮崎県総合農業試験場 土壤環境研究棟(1) 肥料検査室 納入方法：現場持ち込み		
保証期間及びアフターサービスについて	保証期間は、リース期間（5年）とする。 故障や不具合等が生じた際に迅速な対応が可能であること。		
その他特記事項	新品に限る。		
その他特記事項	担当者：宮崎家畜保健衛生所 生産安全課 宮本 TEL (0985) 73-1377 FAX (0985) 73-7922		