

県立延岡病院スライドガラス印字装置
要求仕様書

宮崎県病院局

1 調達の目的

県立延岡病院で使用するスライドガラス印字装置を Windows11 搭載パーソナルコンピュータで使用できる機種に更新するための調達を行う事を目的とする。

2 調達物品名及び構成内容

- (1) 調達物品名 スライドガラス印字装置
- (2) 数 量 1台
- (3) 納入期限 令和7年1月31日

ただし、納入時期等については病院局経営管理課の指示に従うこと。また、納入時点において、最新機種に変更することを可能とするが、その場合は、病院局経営管理課と協議すること。

- (4) 納入場所 県立延岡病院

3 性能等の概要

- (1) 本調達物品にかかる性能及び機能(以下「性能等」)は下記4に示すとおりである。
- (2) 性能等の要件は、全て必須の要求要件であること。
- (3) 必須の要求要件は、当課が必要とする最低限の要求要件を示しており、調達機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となる。
- (4) 調達機器は入札時点で製品化されていること。

4 機器の仕様

- 4.1 スライドガラスのフロスト部分に標本情報を印字する機能を有すること。
- 4.2 印字品質においては水・アルコール・キシレンに耐性を有すること。
- 4.3 ガラス供給方式はマガジン式であり、マガジンは2個設置可能であること。
- 4.4 マガジン1個に対しスライドガラスを100枚以上装填可能であること。
- 4.5 手差し印字において、正面からスライドガラスの供給が可能であること。
- 4.6 印字・排出方式は単枚排出、または連続排出の機構を有すること。
- 4.7 通信方式はUSB接続、有線LAN接続に対応していること。
- 4.8 プリンタドライバまたはデバイスドライバでの運用が可能であること。
- 4.9 本体に液晶タッチパネルディスプレイが搭載されていること。
- 4.10 ディスプレイ上に印字中の印字情報が表示されること。
- 4.11 不具合発生時はディスプレイにエラー名および対処方法が表示されること。
- 4.12 ディスプレイ上にマガジン内のガラスの目安残量が表示されること。
- 4.13 ディスプレイ上にインクリボンの目安残量が表示されること。
- 4.14 印字不良が発生した時、直前の1枚を本体から再印刷可能であること。
- 4.15 内蔵バーコードリーダーを用いて運用、または外付けバーコードリーダーを用いて運用が可能であること。
- 4.16 本装置にファームウェア更新機能が搭載されており、機能拡張、バグ修正が行えること。

5 その他

- 5.1 機器の梱包材等については、機器の設置完了後、発注者の指示に従い納入者の費用負担において納入者が処分を行うこと。
- 5.2 納入時に、必要な機器設定後の動作確認及び使用方法の説明を行い、各病院の担当職員の確認を受けること。
- 5.3 納入前に使用していたスライドガラス印字装置については、納入者の費用負担で撤去すること。
- 5.4 宮崎市または延岡市近辺にメンテナンス拠点をもち、営業時間内において技術者が対応できる体制であること。
- 5.5 操作マニュアルは日本語のものを1部用意すること。また、取り扱いに関する説明は、延岡病院が指定する場所・時間で行うこと。
- 5.6 本仕様に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるものについては、納入者において充足するものとする。
- 5.7 納入する機器には、導入年月、所属名、製品名、製造番号等の内容を記載したラベルを作成し貼り付けるものとする（詳細については別途指示）。また、上記の製造番号等を掲載した一覧ファイルを電磁的記録媒体で病院局経営管理課に提出すること。